Nestlé Health Science

Compat® Soft JUNIOR

COMPAT® SOFT JUNIOR 5 | 6FR

COMPAT SOFT JUNIOR 5FR

GLOBE REF 12363073

ENFit®



COMPAT SOFT JUNIOR 6FR

GLOBE REF 12362546

ENFit®



www.compat.com

تعليمات الاستخدام.
اقرأ التعليمات بعناية قبل الاستخدام !

CS Návod k použití.
Před použitím si pozorně pročtěte pokyny.

DA Brugsanvisning.
Læs brugsanvisningen omhyggeligt før brug!

DE Gebrauchsanweisung.
Vor der Verwendung aufmerksam lesen!

EN Instructions For Use.
Read instructions carefully prior to use!

ES Instrucciones de uso.
Lea atentamente las instrucciones antes de usar el dispositivo.

FI Käyttöohjeet.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä!

FR Mode d'emploi.
Lire attentivement les instructions avant utilisation.

IT Istruzioni per l'uso.
Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

NL Gebruiksaanwijzing.
Lees de instructies zorgvuldig voorafgaand aan het gebruik!

NO Bruksanvisning.
Les instruksjonene nøye før bruk!

PL Instrukcja użycia.
Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję!

PT Instruções de uso.
Leia atentamente as instruções antes de utilizar o dispositivo.

SK Návod na použitie.
Pred použitím si dôkladne prečítajte pokyny!

SV Bruksanvisning.
Läs anvisningarna noggrant innan du använder produkten!

NON PYROGENIC · STERILE EO · Latex free · Non DEHP

CE 0123

Cedic srl
Via Liberazione 63/9,
IT-20068 Peschiera Borromeo (MI)

700002
10APR2018
C 01087

® Unless stated otherwise, all trademarks are owned by Société des Produits Nestlé S.A. or used with permission.

a.

1.

2.

3.



4.

5.



6.

7.

8.

AR المكونات (شكل ١.)
a) مزود مجمع مسبقا
b) مدخل ENFit® احادي
c) لعلامات
d) الجزء الجانبية
e) الطرف البعيد/المستقيم

CS Součásti (obr. a):
a) Předem zavedený zavaděč
b) Jednocestný port ENFit®
c) Značka
d) Těło sondy
e) Boční otvory
f) Zaoblený hrot na spodním

DA Komponenter (fig. a):
a) Færdigsamlet stilet
b) ENFit®-port
c) Markering
d) Sonde
e) Sidehuller
f) Distal/rund spids

DE Komponenten (Abb. a):
a) Vormontierter Mandrin
b) ENFit® Ernährungs-konnektor
c) Längenmarkierung
d) Schaft
e) Seitliche Öffnungen
f) Distale/runde Spitze

EN Components (Fig. a):
a) Preassembled stylet
b) Single ENFit® port
c) Marking
d) Shaft
e) Side holes
f) Distal/Round tip

ES Componentes (Fig. a):
a) Fiador preensamblado
b) Entrada única ENFit®
c) Marca
d) Cuerpo de la sonda
e) Orificios laterales
f) Extremo distal redondeado

FI Osat (kuva a):
a) Esiasennettu mandriini
b) ENFit®-portti
c) Merkintä
d) Varsi
e) Sivureiät
f) Pyöreä distaalikärki

FR Composants (Fig. a) :
a) Guide (stylet) assemblé
b) Orifice ENFit®
c) Repères
d) Tube du dispositif
e) Orifices latéraux
f) Extrémité distale/ronde

IT Componenti (Fig. a):
a) Mandrino premontato
b) Porta ENFit® singola
c) Marcatura
d) Corpo
e) Fori laterali
f) Punta distale/arrotondata

NL Onderdelen (afb. a):
a) Geïntegreerde voerdraad
b) Enkele ENFit®-poort
c) Markering
d) Schacht
e) Openingen aan de zijkant
f) Distale/ronde punt

NO Komponenter (fig. a):
a) Forhåndsmontert mandrenq
b) Enkel ENFit®-port
c) Markering
d) Sode
e) Sidehull
f) Distal/rund ende

PL Elementy (Rys. a):
a) Prowadnica
b) Pojedynczy port ENFit®
c) Znacznik
d) Korpus sondy
e) Otwory boczne
f) Zaokrąglony koniec dystalny

PT Componentes (Fig. a):
a) Fio metálico pré-montado
b) Entrada única ENFit®
c) Marca
d) Bainha
e) Orifícios laterais
f) Extremo distal/redondo

SK Komponenty (obr. a):
a) Predzavedený zavádzač
b) Jednocestný port ENFit®
c) Značka
d) Telo sondy
e) Bočné otvory
f) Zaoblený hrot na spodnom konci

SV Komponenter (fig. a):
a) Förmonterad ledare
b) ENFit®-port
c) Markering
d) Sond
e) Sidohål
f) Distal/rundad ände

Compat® Soft Junior AR

١. الوصف

أنابيب التغذية المعوية Compat® Soft Junior تتكون من أنابيب البولي يوريثان المرنة، هي معتمة الراديو ولها محدد واحد وحدة معوي ENFit®. وهي متوفرة في مقاس ٥ FR حجم ٥٠ سم طول و ٦ FR حجم ٩٠ سم طول ، والتي تطبع على أنبوب وكذلك على العبوة. وهي تشمل **stylet** معدني مسبق التجميع (اختياري)، والذي يستخدم للمساعدة في وضع أنبوب. (الشكل أ). علامات على أنبوب كل ٥ سم تستخدم لقياس طول أنبوب إدخالها في الجهاز الهضمي. يتم تعقيم الأنابيب باستخدام أكسيد الإيثيلين.

٢. الغرض من الاستخدام

أنابيب Compat® Soft Junior معده للتغذية المعوية من المواد الغذائية والسوائل و / أو الأدوية في الجهاز الهضمي عن طريق مسار الأنف المعدي الطبيعي.

٣. دواعي الاستعمال

أنابيب Compat® Soft Junior هي لاعطاء تغذية أنبوبية معوية، والسوائل و / أو الأدوية عن طريق مسار الأنف المعدي الطبيعي للمرضى الذين هم غير قادرين جسديا على استيعاب ما يكفي من العناصر الغذائية من خلال المضغ الطبيعي والبلع.

٤. موانع الاستعمال

أنابيب Compat® Soft Junior ممنوع استعمالها للمرضى الذين لديهم تشوهات التشريحية أو أمراض الأنف، الحلق، أو المريء أو مع الحساسيات المعروفة أو الحساسية لمكوناته. لا يمكن استخدامها مع المرضى دون ٢،٥ كجم.

٥. ⚠ التحذيرات

- المحتويات معقمة ما لم يتم تلف العبوة أو قنحها.
- لضمان عمل الجهاز بطريقه صحيحة، لا تقطع، تشق، تمزق، تقب، والا سوف يتلف الجهاز.

٦. ⚠ تنبيهات

- ⊗ استخدام فردي. فقط لاستخدامها مرة واحدة، مع مريض واحد.
- ⊗ غير مصنوع من المطاط الطبيعي لاتيكس.
- للاستعمال المعوي فقط.
- Ⓝ غير مخصصة للاستعمال عن طريق الوريد.
- ⊗ لا تستعملها في حال تلف العبوة. لا تقم بإعادة الاستخدام. إعادة الاستخدام يخلق خطر محتمل من التلوث المرضى أو العدوى المستخدم من خلال تلوث الجهاز. أي إعادة المعالجة (وخاصة التعقيم) قد تضر السلامة الهيكلية للجهاز.
- الجهاز غير مخصص للاستخدام أكثر من ٢٤ يوما.
- استخدم فقط مجموعات الانابيب المعوية مع موصلات ENFit®. مع نظام توصيل ENFit®. قم بلف مجموعة التغذية ❶ في اتجاه عقارب الساعة إلى منفذ التغذية ENFit® ❷ بشكل ثابت باليد (الشكل ٨).
- لمنع إصابة المريض، لا تدخل أو تسحب مرود أثناء تركيب الانبوب. لا تدخل مرود في أنبوب الإقامة.
- للمتلقيات مع stylet: قبل الإدخال، تأكد من أن طرف stylet لا يخرج من الأنبوب من خلال واحدة من ثقوبه البعيدة (الشكل ٤).

٧. تعليمات التركيب

- يجب أن يتم التركيب فقط من قبل المهنيين المدربين (على سبيل المثال الأطباء والممرضين) وفقا لسياسة مؤسستك.
- اغسل يديك بعناية وفقا لسياسة مؤسستك.
- اقرأ جميع التحذيرات والتنبيهات قبل إدخال الأنبوب (الشكل ١).
- راجع دليل إجراءات وإجراءات مؤسستك للحصول على وصف مفصل لعملية تثبيت الانبوب المعوي.
- وضع المريض في وضع الجلوس أو فولر ٣٠-٤٥ درجة) كما تحمل . يجب ألا يميل المريض إلى الأمام، ولا ينبغي تمديد الرأس والرقبة (الشكل ٢).
- تحديد فتحة الأنف التي سوف تستخدم.
- قياس طول أنبوب يتم إدراجها من أجل الوصول إلى المعدة أو الأمعاء الدقيقة (الشكل ٣). المسافة الإدخال تعتمد على المريض. يتم تحديد طريقة واحدة من طريق قياس المسافة من طرف الأنف إلى شحمة الأذن (أ) ومن شحمة الأذن إلى عملية زيفويد (ب) لوضع المعدة أو إضافة طول مناسب لوضع الأمعاء.
- تقييم طول الأنبوب المطلوب لإدخاله ضروري لأن الانسداد قد ينتج عن فائض الأنبوب.
- وينبغي كتابة مسافة الإدخال على الأنبوب قبل الإدخال.
- للمنتجات مع stylet: احكام بالید، لف مقبض مرود في اتجاه عقارب الساعة في مدخل التغذية ENFit® لتوصيل مرود المعد مسبقا إلى ميناء التغذية ENFit® من أنبوب الانف المعدي. تحقق من أن موصل مرود يبقى ثابتا في منفذ التغذية ENFit® وأن طرف مرود لا يخرج الأنبوب من خلال واحدة من الثقوب البعيدة. إذا لزم الأمر، قم بإعادة وضع مرود بشكل صحيح قبل إدخال الأنبوب في المريض (الشكل ٤)
- إدرج بلطف الأنبوب في فتحة الأنف ، موازية لمحيز الأنف اعلى سطح باطن الفم (الشكل ٥).
- ان إمالة رأس المريض للامام تضمن سهولة انتقال الأنبوب إلى البلعوم الأنفي (الشكل ٦).
- المرضى الواعين / المتعاونين: عندما يصل الأنبوب إلى البلعوم الأنفي، ارشد المريض لخفض الرأس قليلا والبدء في البلع.
- يجب على المريض رشف المياه من خلال ماصه لتسهيل ادراج الأنبوب أسفل من خلال المريء الى المعدة.
- لمرضى اللاوعي / غير استجابة: يجب توخي الحذر الشديد عندما يصل الأنبوب إلى البلعوم الأنفي. تحقق للتأكد من أن الأنبوب يمر في المريء وليس في القصبة الهوائية.

⚠ تحذير: إذا كان المريض يشعر بالسعال أو أي مقاومة، وهذا قد يكون علامة على مرور الأنبوب في القصبة الهوائية. إذا كان هذا هو الحال، إزالة الأنبوب ووضعه مرة أخرى. إذا لزم الأمر، إخطار الطبيب.

- استمر في إدخال الأنبوب حتى تصل إلى علامة مسافة الإدخال.
- وضع ما بعد فتحة والمعدة/ المعي: لو الأنبوب لتجاوز فتحة المعدة والمعي، وضع المريض في وضع فولر مع دوران إلى الجانب الأيمن قد يسهل التركيب الأنبوب بعد فتحة المعدة والمعي(الشكل ٧).

٨. تأكيد الموضع

- قبل استخدام أنبوب التغذية، تأكيد وضع أنبوب وفقا لإجراءات المستشفى أو المؤسسة المفضله والترخيص.
- تأكيد وضع Post-pyloric يجب عمل الأشعة السينية.
- تأكيد موضع الأنبوب يمكن القيام به مع أو بدون مرود في المكان (بعض المنتجات ليس بها مرود). إذا كان هناك مرود موجودا، قم بإزالة مرود بلطف قبل استخدام أنبوب التغذية أولا. تحقق من أن موصل مرود يبقى ثابتا في منفذ التغذية ENFit® وأن طرف مرود لا يخرج الأنبوب من خلال واحدة من الثقوب البعيدة. إذا لزم الأمر، قم بإعادة وضع مرود بشكل صحيح قبل إدخال الأنبوب في المريض (الشكل ٤)
- تثبت الأنبوب بضمادة لاصقة.
- تسجيل عمق الإدراج باستخدام تدريج سنتيمتر على الأنبوب.

٩. إزالة الأنبوب والتخلص منه

- يجب أن تتم إزالة الأنبوب فقط من قبل المهنيين المدربين (على سبيل المثال الأطباء والممرضين) وفقا لسياسة مؤسستك.
- مساعدة المريض على وضع فولر مع دوران إلى الجانب الأيمن.
- اغسل الأنبوب مع تقريبا. ٢٠-١٠ مل من ماء صالح للشرب بحقنة ٢٠ مل فارغ، وذلك باستخدام حقنة ٢٠ مل أكبر.
- إزالة أنبوب بعناية. إذا شعرت بأي مقاومة، استشر طبيبك.
- تخلص من أنبوب التغذية وفقا لسياسة المستشفى أو السياسة الوطنية.
- راقب المريض لمدة ٢ إلى ٤ ساعات بعد إزالة أنبوب لالتقاط المعدة، والعثيان، أو القيء.
- يجب اتباع الممارسات السريرية الجيدة وجميع التشريعات المحلية والوطنية للنقل والتخلص.

١٠. معلومات إضافية

تحقق يوميا من نزوح الأنبوب. إذا اشتبه في نزوح الأنبوب، قم بتقييم وضع الأنبوب باستخدام تقنيات تأكيد الموضع المناسبة ووفقا للإجراءات المتبعة في المستشفى أو المؤسسة.

- تأخذ بعين الاعتبار ٢٠-١٠ مل ماء دافئ، وذلك باستخدام حقنة ٢٠ مل أو أكبر، قبل وبعد كل تغذية أو الدواء أو كل ٤-٨ ساعات إذاكانت التغذية مستمرة.

أحيانا إعادة وضع الأنبوب لتغيير الموقع الذي الأنبوب يمس فتحة الأنف. تحقق دائما من أن الدواء المراد تسليمها عن طريق أنبوب التغذية مناسب للتغذية المعوية.

١١. ملاحظة

الاطفال بحاجة لعناية خاصة. قد لاتتحمل معدة الاطفال كمية كبيرة من الطعمة في نفس الوقت. لذا يفضل تقسيم التغذية على فترات متكررة باستعمال كميات مقننة من الطعام. يرجى مراجعة الاخصائي الصحي لمزيد من التوضيحات.

١٢. التخزين

يجب تخزين أنابيب Compat® Soft Junior في العبوة الأصلية في درجة حرارة الغرفة، وفي بيئة جافة. تجنب أشعة الشمس المباشرة والإشعاع الحراري.

Compat® Soft Junior CS

1. Popis

Enterální výživové sondy Compat® Soft Junior se skládají z pružných hadiček z polyuretanového materiálu nepropustného pro rentgenové záření a ENFit®speciálního enterální portu. Dostupné velikosti jsou 5 a 6 FR. Délka sond se pohybuje v rozmezí od 50 do 90 cm. Velikost a délka sondy je zřetelně vyznačena na těle sondy a na štítku na obalu. Sonda zahrnuje předem zavedený kovový zavaděč (volitelně), který slouží k usnadnění zavedení sondy (obr. a). Vnější povrch sondy je opatřen značkami po 5 cm, které slouží k měření délky zavedení sondy do trávicího ústrojí. Sterilizováno ethylenoxidem.

2. Účel použití

Enterální výživové sondy Compat® Soft Junior jsou určeny k výživové podpoře pacientů, kteří vyžadují podávání tekuté stravy náhradou za tuhou. Sondy jsou určeny pro enterální podávání živin, tekutin nebo léků do zažívacího ústrojí přirozenou nasoenterální cestou.

3. Indikace

Enterální výživové sondy Compat® Soft Junior jsou určeny k enterálnímu podání výživy, tekutin a/nebo léků do zažívacího ústrojí přirozenou nasoenterální cestou pacientům, kteří nejsou schopni přijímat dostatek živin běžným žvýkáním a polykáním potravy.

4. Kontraindikace

Enterální výživové sondy Compat® Soft Junior nejsou určené pacientům s anatomickými abnormalitami nebo onemocněními nosu, hrdla nebo jícnu nebo se známou přecitlivělostí nebo alergiemi na složky výrobku. Nepoužívat u pacientů s váhou nižší než 2,5 kg.

5. ⚠ Upozornění

- Obsah je sterilní, pokud není obal poškozený nebo otevřený.
- V zájmu zachování funkčnosti výrobek neláněte, nestříhejte, netřepte, nepropichujte ani jinak nepoškozujte.

6. ⚠ Varování

- ⊗ Jednorázové použití. Smí být použito pouze jednou, u jednoho pacienta.
- Při výrobě nebyl použit přírodní latex.
- Pouze k enterálnímu použití.
- Ⓝ Není určeno pro intravenózní použití.
- Nepoužívejte, pokud je obal poškozen.
- **Nepoužívejte opakovaně.** Opakovaně použití zvyšuje riziko infekce pacienta nebo uživatele prostřednictvím kontaminace výrobku. Jakákoliv renovace (zejména sterilizace) může narušit celistvost výrobku.
- Výrobek není určen k použití po uplynutí 42 dní. Používejte pouze sadu pro podávání výživy se systémem konektorů ENFit®. Sady pro podávání výživy s odlišnými systémovými konektory, např. ENLock nebo Luer Lock, nejsou s nasoenterálními sondami Compat® Soft Junior kompatibilní.
- Používáte-li sady pro podávání výživy se systémem konektorů ENFit®, otáčením ve směru hodinových ručiček rukou pevně zašroubujte sadu pro podávání výživy Ⓐ do portu ENFit® pro podávání výživy Ⓑ (obr. 8).
- Chcete-li předejít poranění pacienta, nikdy nezasouvejte ani nevytahujte zavaděč během zavádění sondy. Nikdy nezasouvejte zavaděč do již zavedené sondy.
- Výrobky se zavaděčem: před zavedením zajistěte, aby hrot zavaděče nevystupoval ze sondy z něhtěrého z otvorů na spodním konci (obr. 4).

7. Návod k zavedení

- Zavedení sondy musí být vykonáno výškelonným profesionálem (např. lékař, sestra) v souladu s interními předpisy Vaší organizace.
- Počlivě si umyjte ruce před manipulací vaší organizace.
- Před zavedením sondy si přečtěte všechna VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ (obr. 1).
- Prostudujte si zásady platné ve vaší instituci a příručku správných postupů s podrobným popisem procesu zavedení enterální sondy.
- Je-li to možné, umístěte pacienta do polohy vsedě nebo Fowlerovy polohy (30–45°). Pacient se nesmí předkláněl ani nesmí natahovat hlavu a krk (obr. 2).
- Zvolte nosní dírku.
- Odměřte délku zaváděné sondy tak, aby dosáhla do žaludku nebo tenkého střeva (obr. 3). Délka zavedení závisí na fyziologii pacienta. Jedním ze způsobů určení délky zavedení je odměření vzdálenosti od špičky nosu k ušnímu lalůčku (a) a od ušního lalůčku k mečovitému výběžku (b) v případě zavádění do žaludku nebo následně přičtení odpovídající délky v případě zavádění do střeva.
- Kontrola požadované délky zavedení sondy je důležitá, protože příliš dlouhé hadičky by mohly způsobit uzavření cesty zavaděi.

- Před použitím výživové sondy zkontrolujte polohu sondy doporučovaným a schváleným postupem nemocnice nebo vaší instituce.
- Zavedení skrz pylorus je nutno ověřit rentgenem.
- Ověření polohy sondy lze provést se zavaděčem nebo bez něj (některé výrobky nejsou zavaděčem vybaveny). Je-li k dispozici zavaděč, před prvním použitím výživové sondy zavaděč opatrně vyjměte. Zkontrolujte, zda výživová sonda zůstala na místě
- Po ověření správné polohy sondy zkontrolujte její funkčnost propláchnutím sondy 10ml vlažné vody.
- Přípevněte sondu náplastí.
- Pomoci centimetrové stupnice na sondě zaznamenejte hloubku zavedení.

9. Vyjmutí a likvidace sondy

- Odstraněnì sondy může být prováděno pouze vyškoleným profesionálem (např. lékař, sestra) v souladu s předpisy Vaší organizace.
- Pomozte pacientovi zaujmout Fowlerovu polohu s natočením na pravou stranu.
- Propláchněte sondu přibližně 10 až 20ml běžného fyziologického roztoku nebo vlažné vody s použitím 20ml nebo větší injekční stříkačky.
- Opatrně vyjměte sondu. Pocítte-li jakýkoliv odpor, poraďte se s lékařem.
- Výživovou sondu je nutné zlikvidovat podle místních nemocničních předpisů nebo platných státních norem.
- Po vyjmutí sondy u pacienta 2 až 4 hodiny sledujte, zda nedochází k distenzi žaludku, nevolnosti nebo zvracení.
- Při transportu a likvidaci dodržujte správnou klinickou praxi a všechny místní a státní předpisy.

10. Doplňkové informace

Každý den zkontrolujte, zda nedošlo k posunu sondy. V případě podezření na posun sondy zkontrolujte její umístění pomocí vhodné ověřovací metody v souladu s doporučenými postupy nemocnice nebo institituce. Před podáním výživy, po něm a při podání léků či u kontinuální výživy každých 4 až 8 hodin pravidelně propláchněte přibližně 10 až 20ml teplé vody s použitím 20ml nebo větší injekční stříkačky. Příležitostně upravte polohu sondy v oblasti doteku v nosní dírce. Vždy ověřte, že léky podávané výživovou sondou jsou vhodné pro enterální podání.

11. Poznámka

Děti vyžadují speciální péči. Žaludek dětí nedokáže pojmout velké množství potraviny najednou. Proto by jim měla být podávána výživa častěji a po menších dávkách. Dodržujte pokyny od ošetřujícího lékaře.

12. Skladování

Nasoenterální sondy Compat® Soft Junior je třeba skladovat na původním obalu při pokojové teplotě, v suchém prostředí. Chraňte před přímým slunečním světlem a tepelným zářením.

Compat® Soft Junior DA

1. Beskrivelse

Compat® Soft Junior enterale ernæringssonder består af fleksible polyuretan slanger, er røntgengtætte og har en enkelt ENFit®-enteralkobling. De tilgængelige størrelser er 5FR, 6FR. Sonderne varierer i længde fra 50 til 90 cm. Sondens størrelse og længde er tydeligt angivet på selve sonden og emballageetiket. Ernæringssonderne omfatter en fastgørlsesmæt metalstilet (valgfri), der bruges som hjælp til indføring af sonden (fig. a). Der er eksterne markeringer for hver 5 cm på sonden til måling af, hvor langt sonden er indført i fordøjelseskanalen. Steriliseret ved hjælp af ethylenoxid.

2. Tilsigtet brug

Compat® Soft Junior ernæringssonder er beregnet til enteral tilførsel af næringsstoffer, væske og/eller medicin i fordøjelseskanalen via den naturlige nasoenteriske rute.

3. Indikationer for brug

Compat® Soft Junior ernæringssonder er beregnet til sondetilførsel af næringsstoffer, væske og/eller medicin via den naturlige nasoenteriske rute for patienter, der er fysisk ude af stand til at indtage tilstrækkelige næringsstoffer via normal tygning og synkning.

- Enheden er ikke beregnet til brug ud over 42 dage.
- Anvend kun enterale tilførsels-/ernæringssæt med ENFit®- tilslutningssystemet. Ernæringssæt med andre systemtilslutninger, f.eks. ENLock eller Luer Lock, er ikke kompatible med Compat® Soft Junior nasoenteriske sonder.
- Ved brug af ernæringssæt med ENFit®- tilslutningssystem skrues ernæringssættet med hånden ind i ENFit®-mærningsporten i retning med uret Ⓑ (fig. B).
- For at undgå patientskader må stiletten aldrig indføres eller udtrækkes under intubation. Indfør aldrig en stilet i en anlagt sonde. For produkter med stilet: før indføring skal det sikres, at stiletten spids ikke stikker ud af et af sondens distale huller (fig. 4).

7. Anlæggelsesvejledning

- Placering må kun udføres af trænet personale (f.eks. læge, sygeplejerske), ifølge institutionens retningslinier.
- Vask dine hænder grundigt, ifølge institutionens retningslinier.
- Læs alle ADVARSLER og FORSIGTIG-hedsbemærkninger, der findes på produktets ydre emballage (fig. 1).
- Se institutionens politik og proceduremejledning for at få en detaljeret beskrivelse af enteralintubationsprocessen.
- Anbring patienten i siddende stilling eller Fowlers leje (30-45°), alt efter hvad patienten kan udholde. Patienten må ikke lænø sig forover eller strække hoved og hals (fig. 2).
- Bestem, hvilket næsebor der skal anvendes.
- Mål længden af den sonde, der skal indføres, så den kan nå maven eller mavesækkeren, eller tyndtarmen (fig. 3). Indføringslængden varierer fra patient til patient. En metode er at måle afstanden fra næsetip til øreflip (a) og fra ørefllp til processus xiphoideus (b) ved gastrisk anlæggelse eller tilføje en passende længde ved tarmanlæggelse.
- Det er yderst vigtigt at vurdere den nødvendige sondelængde, der skal indføres, da der kan opstå okklusion, hvis den er for lang.
- Der skal være angivet en afstandsmarkering på sonden inden indføring.
- For produkter med stilet: skru stiletthåndtaget stramt ind i ENFit®-ernæringsporten med hånden for at slutte den færdigsamlede stilet til den nasoenteriske sondes ENFit®-ernæringsport. Kontroller, at stiletten ragt sidder korrekt i ENFit®- ernæringsporten, og at stiletten spids ikke stikker ud af et af sondens distale huller. Sørg for, at stiletten er korrekt placeret, og fyt den om nødvendigt, før sonden indføres i patienten (fig. 4).
- Indfør forsigtigt sonden i det valgte næsebor, parallelt med næseskillevæggen og over den hårde gane (fig. 5).
- Vip patientens hoved frem for at lette fremføringen af sonden til nasopharynx (fig. 6).
- Patienter, der er ved bevidsthed/samarbejder: Bed patienten om at sænke hovedet lidt og begynde at synke, når sonden når nasopharynx.
- Det letter fremføringen af sonden gennem spiserøret til mavesækken, hvis patienten drikker lidt vand gennem et sugerør.
- For bevidstløse/ikke-reagerende patienter: Vær yderst forsigtig, når sonden når nasopharynx. Kontroller, at sonden føres ind i spiserøret og IKKE i luftrøret.

⚠ **Advarsel:** Hvis patienten hoster, eller der er mærkbar modstand, kan det være tegn på, at sonden er fært ind i luftrøret. Hvis dette er tilfældet, skal sonden tages ud og genanlægges. Om nødvendigt kontrolleres en læge.

- Fortsæt sondeindføringen, indtil afstandsmarkøren for indføring er nået.
- Postpylorisk anlæggelse: Hvis sonden skal indføres gennem polyrus, kan det lette anlæggelse at lægge patienten i Fowlers leje med rotation mod højre side, hvilket kan muliggøre postpylorisk placering af sonden (fig. 7). Spontan transpylorisk fremføring af ernæringssonden forekommer normalt inden for 24 til 48 timer.

8. Anlæggelsesbekræftelse

- Før brug af ernæringssonden skal sondens anlæggelse bekræftes i henhold til hospitalets eller institutionens foretrukne procedurer og godkendelse.
- Postpylorisk anlæggelse skal bekræftes med røntgen.
- Bekræftelse af sondens placering kan ske med eller uden stiletten (nogle producter har ingen stilet). Hvis der er en stilet, skal den fjernes forsigtigt før første anvendelse af ernæringssonden. Kontroller, at ernæringssonden forbliver på plads
- Når korrekt anlæggelse er bekræftet, skal du bekræfte, at sonden fungerer, ved at skylle den med 10ml lunkent vand.
- Fastgør sonden med en selvklæbende forbinding/plaster.
- Noter indføringsdybden ved hjælp af centimetermidlingen på sonden.

9. Udtagning og bortskaffelse af sonde

- Fjernelse af sonden må kun udføres af trænet personale (f.eks. læge, sygeplejerske), ifølge institutionens retningslinier.
- Hjælp patienten med at indtage Fowlers leje med rotation mod højre side.
- Skyl sonden med ca. 10-20ml almindelig saltvandsopløsning eller lunkent vand ved hjælp af en sprøjte på 20ml eller større.
- Tag forsigtigt sonden ud. Kontakt en læge, hvis der er mærkbar modstand.
- Ernæringssonden bortskaffes i henhold til det lokale hospitals eller de nationale retningslinjer.
- Patienten overvåges med henblik på gastrisk distension, kvalme eller opkastning i 2-4 timer efter fjernelse af sonden.
- God klinisk praksis anvendes, og de lokale og nationale bestemmelser følges ang. transport og bortskaffelse.

10. Yderligere informationer

Kontrollér for sondemigration dagligt. Hvis der er mistanke om vandring, evaluéres sondens anlæggelse med de relevante bekræftelsesteknikker og i henhold til hospitalets eller institutionens fretrukne procedurer. Skyl jævnligt med ca. 10-20ml lunkent vand ved hjælp af en sprøjte på 20ml eller større før og efter hver tilførsel af næringsstoffer eller medicin eller hver 4.-8. time ved kontinuerlig tilførsel. Fyt regelmæssigt på sonden på det sted, hvor den berører næseboret. Kontroller altid, at den medicin som indgives via sonden er egnet til enteral administration.

11. Bemærk

Børn kræver særlig pleje. Et barns mave kan ikke holde til store mængder mad ad gangen. Derfor skal barn have mange små måltider. Spørg din læge om vejledning.

12. Opbevaring

Compat® Soft Junior nasoenteriske sonder skal opbevares i den originale emballage ved stuetemperatur og i et tørt miljø. Undgå direkte sollys og varmestråling.

Compat® Soft Junior DE

1. Produktbeschreibung

Die enteralen Ernährungssonden Compat® Soft Junior bestehen aus röntgenkontrastfähigem Polyurethan und verfügen über einen enteralen ENFit® Ernährungskonnektor/Medikationsport. Sie sind in den Größen 5 FR und 6 FR erhältlich. Die Sondenlänge beträgt 50 cm bzw. 90 cm. Die Sondengröße und -länge sind auf dem Sondenschaft und der Verpackung angegeben. Die Sonden haben einen vormontierten Mandrin aus Metall (optional), der zur Erleichterung der Sondeneinführung beiträgt (Abb. a). Die Sonde weist eine Längenmarkierung in 5 cm-Schritten auf. Die Sonden sind mit Ethylenoxid sterilisiert.

2. Zweckbestimmung

Die Ernährungssonden Compat® Soft Junior sind zur enteralen Applikation von Nährstoffen, Flüssigkeiten und/oder Arzneimitteln in den Verdauungstrakt bestimmt.

3. Anwendungsgebiete

Die Ernährungssonden Compat® Soft Junior sind für die Verabreichung von Sondennahrung, Flüssigkeiten und/oder Arzneimitteln über den nasoenteralen Weg für Patienten vorgesehen, die physisch nicht in der Lage sind, genügend Nährstoffe über den normalen Kau- und Schluckvorgang aufzunehmen.

4. Kontraindikationen

Die Ernährungssonden Compat® Soft Junior sind kontraindiziert bei Patienten mit anatomischen Anomalien oder Nasen-, Rachen- oder Speiseröhrenerkrankungen oder mit bekannten Überempfindlichkeiten / Allergien gegen die aufgeführten Materialien. Sie dürfen nicht verwendet werden bei Patienten mit einem Körpergewicht < 2,5 kg

5. ⚠ Wichtige Hinweise

- Nicht verwenden, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist.
- Um eine ordnungsgemäße Funktion des Produkts sicherzustellen, das Produkt nicht knicken, einschneiden, einreißen, einstechen oder auf andere Weise beschädigen.

6. ⚠ Warnhinweise

- ⊗ Zur Einmalanwendung. Darf nur einmal bei einem Patienten angewendet werden.
- Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.
- Nur zur enteralen Anwendung.
- Ⓝ Nicht zur intravenösen Anwendung.
- Nicht verwenden bei beschädigter Verpackung.
- **Nicht wiederverwenden.** Die Wiederverwendung birgt ein potenzielles Infektionsrisiko für Patienten und Anwender aufgrund einer möglichen Kontamination. Jede Art der Wiederaufbereitung (insbesondere Sterilisation) kann die strukturelle Unversehrtheit des Produkts beeinträchtigen.
- Das Produkt ist nicht für eine Verwendung über 42 Tage hinaus vorgesehen.
- Nur enterale Überleitsets mit ENFit®-Konnektoren verwenden. Überleits mit anderen Konnektoren z. B. ENLock oder Luer Lock, sind nicht mit den Compat® Soft Junior nasoenteralen Sonden kompatibel.
- Bei der Verwendung des Überleitsets mit ENFit® Konnektor das Überleitset Ⓐ von Hand im Uhrzeigersinn fest in den ENFit® Ernährungskonnektor Ⓑ eindrehen (Abb. 8).
- Zur Vermeidung von Patientenverletzungen den Mandrin niemals während der Platzierung einführen oder zurückziehen. Einen Mandrin niemals in eine bereits gelegte Sonde einführen.
- Für die Produkte mit einem Mandrin: vor dem Einführen sicherstellen, dass die Spitze des Mandrins nicht aus einer der distalen Öffnungen austritt. Gegebenenfalls den Mandrin erneut in die richtige Position bringen, bevor die Sonde in den Patienten eingeführt wird (Abb. 4).
- Die Sonde vorsichtig in das entsprechende Nasenloch, parallel zur Nasenscheidewand und oberhalb des Vordergaumens einführen (Abb. 5).
- Wird der Kopf des Patienten nach vorne gesenkt wird, kann die Sonde einfacher in den Nasenrachenraum vorgeschoben werden (Abb. 6).
- Wache/kooperative Patienten: Wenn die Sonde den Nasenrachenraum erreicht, den Patienten anweisen, den Kopf leicht zu senken und zu schlucken.
- Wenn der Patient kleine Schlucke Wasser über einen Strohhalm trinkt, wird die Einführung der Sonde über die Speiseröhre in den Magen erleichtert.
- Nicht wache/nicht ansprechbare Patienten: Äußerst vorsichtig sein, wenn die Sonde den Nasenrachenraum erreicht. Sicherstellen, dass die Sonde die Speiseröhre und NICHT die Luftröhre passiert.

⚠ **Warnhinweis**: Wenn der Patient husten oder ein Widerstand zu spüren ist, kann dies ein Anzeichen dafür sein, dass sich die Sonde in der Luftröhre befindet. Gegebenenfalls die Sonde entfernen und erneut einführen. Gegebenenfalls einen Arzt benachrichtigen.

- Die Sondeneinführung fortsetzen, bis die angebrachte Längenmarkierung für die Einführung erreicht ist.
- Platzierung hinter dem Pylorus: Wird die Sonde durch den Pylorus geführt, kann die Platzierung hinter dem Pylorus erleichtert werden, indem der Patient in der Fowler-Position zur rechten Seite gedreht wird (Abb. 7). Eine spontane transpylorische Passage der Spitze der Ernährungssonde tritt normalerweise innerhalb von 24 bis 48 Stunden auf.

8. Bestätigung der Sondenlage

- Vor der Verwendung der Ernährungssonde sicherstellen, dass die Platzierung der Sonde in Übereinstimmung mit den Verfahren und Befugnissen des Krankenhauses oder der Einrichtung erfolgt.
- Eine Platzierung hinter dem Pylorus sollte anhand eines Röntgenverfahrens überprüft werden.
- Die Überprüfung der Sondenposition kann mit oder ohne Mandrin erfolgen (manche Sonden haben keinen Mandrin). Wenn die Sonde mit einem Mandrin ausgestattet ist, vor der ersten Verwendung der Ernährungssonde den Mandrin entfernen. Sicherstellen, dass die Sonde nicht verrutscht.
- Nach Bestätigung einer ordnungsgemäßen Platzierung die Funktion der Sonde überprüfen, indem diese mit 10ml lauwarmem Wasser gespült wird.
- Die Sonde mit einem Pflaster fixieren.
- Die Sondenlage mithilfe der auf der Sonde angebrachten Markierung dokumentieren.

9. Entfernung und Entsorgung der Sonde

- Die Entfernung der Sonde darf nur durch geschulte Fachkräfte (z.B. Ärzte, Pflegekräfte) erfolgen gemäß den Vorschriften der Einrichtung.
- Hände s

Mikä tahansa uudelleenkäsitelty (erityisesti sterilointi) voi heikentää letkun rakennetta. Ei ole tarkoitettu käytettäväksi yli 42 päivän ajan.
- Käytä vain enteralisia syöttötseejä, jossa on ENFit®-liitin. Muilla liittimillä – esim. ENLock tai Luer Lock – varustetut syöttötseit eivät ole yhteensopivia noasentaterkoitettujen Compat® Soft Junior -letkujen kanssa.
- Kun käytät ENFit®-liitinjärjestelmällä varustettuja syöttötseitejä, kierrä syöttötseitä A käsin myötäpäivään niin, että ne asettuu tiukasti kiinni ENFit®-syöttöportiin B (kuva 8).
- Potilaan vahingoittumisen ehkäisemiseksi, älä koskaan työnnä tai vedä mandriinia irtubaation aikana. Älä koskaan asenta mandriinia potilaassa olevaan letkuun.
- Tuotteille, joissa on mandriini: varmista ennen asettamista, että mandriinin kärki ei tule ulos letkun distaalisista rei'istä (kuva 4).

7. Asettamisohjeet

- Kouluttaun ammattihenkilön (esim. lääkäri, sairaanhoitaja) tulee suorittaa letkun asettaminen toimisjaikan ohjeita noudattaen.
- Pese kätesi huolellisesti noudattaen toimipaikkan ohjeita.
- Lue kaikki VAROITUKSET ja HUOMIOT ennen letkun asettamista (kuva 1).
- Tarkista enteralisen intubaation tarkka kuvaus hoitoyksikkösi toiminta- ja toimenpideohjeista.
- Laita potilas istuma-asentoon tai Fowlerin asentoon (30–45°) siedettävyyden mukaan. Potilas ei saa nojata eteenpäin, eivätkä pää ja kaula saa olla ojennettuina (kuva 2).
- Päätä kumpaa sieraimta käytetään.
- Mittaa sisään vietävä letkupituus niin, että se ylettyy joko mahalaukkuun tai ohutsuoleen (kuva 3). Sisäänvientipituus riippuu potilaasta. Yksi tapa määrittää pituus on mitata etäisyys nenänkärjestä korvanipukaan (a) ja korvanipukasta miekkalisäkkeeseen (b), jos letku viedään mahalaukkuun, ja lisäämällä tähän asiakaukuva pituus, jos letku viedään ohutsuoleen.
- Sisään vietävän letkuputkuen arvioinnin on erittäin tärkeää, sillä liian pitkästä letkusta voi aiheutua tukos.
- Sisäänvientiputus on merkittävä letkuun ennen sisäänvientiä.
- Tuotteille, joissa on mandriini: kiinnitä mandriini vasoreetaksen letkun ENFit®-syöttöportiin kiertämällä mandriinia käsin tukevasti myötäpäivään ENFit®-syöttöportiin. Varmista, että mandriini pysyy tukevasti paikallaan ENFit®-syöttöportissa ja että mandriinin kärki ei tule ulos letkun distaalisista rei'istä. Aseta mandriini tarvittaessa uudelleen ennen letkun viemistä potilaaseen (kuva 4).
- Vie letku varovasti valittuun sieraimeen nenän väliseinän suuntaisesti ja kevan suulaan pinnan väpuoletta (kuva 5).
- Potilasta pyydetään kallistamaan eteenpäin pitäisi helpottaa letkun viemistä nenänieluun (kuva 6).
- Tajuissaan olevat / yhteistyökykyiset potilaat: Kun letku saavuttaa nenänielun, pyydä potilasta laskemaan päätä hieman eteenpäin. Veden siemailemisen pillillä helpottaa letkun viemistä ruokatorvesta mahalaukkuun.
- Tajuttomat/reagoimattomat potilaat: Toimi erittäin huolellisesti, kun letku saavuttaa nenänielun. Varmista, että letku ohjautuu ruokatorveen EIKÄ henkitorveen.

Varoitus: Jos potilas yskii tai tunnet vastusta se voi olla merkki siitä, että letku on ohjautunut henkitorveen, älä näin tapahtuu, poista letku ja aseta se uudelleen. Ilmoita asiasta tarpeen mukaan lääkärille.

Compat® Soft Junior FR

1. Description

Les sondes naso-gastriques Compat® Soft Junior sont des sondes de nutrition entérale constituées d'un tube flexible et d'un système de raccordement spécifique ENFit®. Le tube du dispositif est constitué de polyuréthane radio-opaque.
Les tailles disponibles sont 5 FR / 50 cm de longueur et 6 FR / 90 cm de longueur. La taille et la longueur de la sonde sont clairement indiquées sur le tube du dispositif ainsi que sur l'étiquette de l'emballage.
La sonde pour nutrition entérale possède un stylet en métal pré-assemblé (en option) servant de guide lors de l'insertion de la sonde (Fig. a). Des repères sont indiqués tous les 5 cm sur le tube du dispositif pour mesurer la longueur de sonde insérée dans le tube digestif.
Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

2. Utilisation prévue

Les sondes naso-gastriques de nutrition entérale Compat® Soft Junior sont destinées à l'administration entérale de nutriments, de liquides et/ou de médicaments dans le tube digestif via la voie naso-entérale naturelle.

3. Indications

Les sondes naso-gastriques Compat® Soft Junior sont destinées à l'administration entérale de solutions de nutrition, de liquides et/ou de médicaments par la voie naso-entérale naturelle chez les patients qui sont physiquement incapables d'ingérer suffisamment de nutriments par une mastication et une déglutition normales.

4. Contre-indications

Les sondes naso-gastriques Compat® Soft Junior sont contre-indiquées chez les patients atteints d'anomalies anatomiques ou de maladies du nez, de la gorge ou de l'œsophage, ou présentant des sensibilités ou allergies connues aux composants.
Ne pas utiliser chez des patients ayant un poids corporel inférieur à 2,5 kg.

5. ⚠ Mises en garde

- Contenu stérile sauf en cas d'ouverture ou de détérioration de l'emballage.
- Pour garantir un fonctionnement correct du dispositif, ne pas l'entailler, le couper, le déchirer, le perforer ou l'endommager d'une autre manière.

6. ⚠ Avertissements

- Ⓧ A usage unique. Pour une utilisation unique chez un seul patient.
- Ⓧ Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel.
- Pour utilisation par voie entérale uniquement.
- Ⓝ Ne pas utiliser par voie intraveineuse (I.V.).
- Ⓝ Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
- **Ne pas réutiliser.** Après utilisation, toute réutilisation entraîne un risque d'infection pour le patient et l'utilisateur par une contamination du dispositif. Tout retraitement (en particulier la stérilisation) peut compromettre l'intégrité structurelle du dispositif.
- Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé plus de 42 jours.
- Utiliser exclusivement des tubulures d'administration entérale dotées du système de raccordement ENFit®. Les tubulures d'administration dotées d'autres systèmes de raccordement, tels que ENLock ou Luer Lock, ne sont pas compatibles avec les sondes naso-gastriques Compat® Soft Junior.
- Lors de l'utilisation d'une tubulure d'administration dotée d'un système de raccordement ENFit®, visser fermement en place dans le sens des aiguilles d'une montre, la tubulure d'administration A dans l'orifice d'alimentation ENFit® B (Fig. 8).
- Mettre d'abord toute blessure du patient, ne jamais insérer ou retirer le stylet pendant la pose. Ne jamais insérer un stylet dans une sonde à demeure.
- Pour les dispositifs dotés d'un stylet : avant la pose, vérifier que la pointe du stylet ne sort pas de la sonde par l'un de ses orifices distaux (Fig. 4).

7. Instructions relatives à la pose

- La pose de la sonde de nutrition doit être effectuée exclusivement par des professionnels de santé habilités (par exemple : médecin, infirmier) en accord avec les règles en vigueur de l'établissement.
- Se laver soigneusement les mains en accord avec les règles en vigueur de l'établissement. Lire attentivement tous les AVERTISSEMENTS et MISES EN GARDE avant d'insérer la sonde (Fig. 1).
- Pour obtenir une description détaillée du processus de pose, consulter le manuel des politiques et procédures en vigueur de l'établissement.
- Installer le patient en position assise ou en position de Fowler (30-45°) selon la tolérance du patient. Le patient ne doit pas se pencher en avant ni allonger la tête ou le cou (Fig. 2).
- Identifier la narine à utiliser.
- Mesurer la longueur du tube de la sonde à insérer pour atteindre l'estomac ou l'intestin grêle (Fig. 3). La longueur varie en fonction du patient. Une méthode consiste à mesurer, chez le patient, la distance entre le bout du nez et le lobe de l'oreille (a) et entre le lobe de l'oreille et le processus xiphoïde (b) pour un placement gastrique. Ajouter la longueur appropriée pour un placement intestinal.
- Il est essentiel d'évaluer la longueur du tube de la sonde à insérer. Un tube trop long peut entraîner une occlusion.
- Noter un repère de la longueur à insérer sur le tube de la sonde avant la pose.
- Pour les dispositifs dotés d'un stylet : visser fermement à la main et dans le sens des aiguilles d'une montre, la poignée du stylet dans l'orifice d'alimentation ENFit® afin de raccorder le stylet pré-assemblé à l'orifice d'alimentation ENFit® de la sonde naso-gastrique. Vérifier que le connecteur du stylet reste fermement fixé dans l'orifice d'alimentation ENFit® et que l'extrémité du stylet ne sort pas de la sonde par l'un de ses orifices distaux. Le cas échéant, repositionner correctement le stylet avant d'insérer la sonde dans le patient (Fig. 4).
- Insérer délicatement le tube dans la narine choisie, parallèlement à la cloison nasale et au-dessus de la surface du palais dur (Fig. 5). Incliner la tête du patient vers l'avant devrait faciliter le passage de la sonde vers le nasopharynx (Fig. 6).
- Patients conscients/coopératifs : Lorsque la sonde atteint le nasopharynx, demander au patient de baisser légèrement la tête et de commencer à déglutir.
- Il est conseillé au patient de boire de l'eau à l'aide d'une paille pour faciliter la progression de la sonde et son passage de l'œsophage à l'estomac.
- Pour les patients inconscients/non réactifs : Prendre des précautions extrêmes lorsque la sonde atteint le nasopharynx. S'assurer soigneusement que la sonde pénètre dans l'œsophage et NON dans la trachée.

Avertissement : Si le patient tousse ou en cas de résistance, il peut s'agir d'un signe d'introduction de la sonde dans la trachée. En cas échéant, retirer la sonde et recommencer l'opération. Si nécessaire, avertir le médecin.

- Continuer à insérer le tube jusqu'à ce qu'il atteigne le repère de longueur d'insertion.
- Placement post-pylorique : Si la sonde doit passer par le pylore, installer le patient en position de Fowler. Une rotation sur le côté droit peut faciliter la mise en place de la sonde (Fig. 7). Un passage trans-pylorique spontané de l'extrémité de la sonde de nutrition survient généralement dans les 24 à 48 heures.

8. Confirmation du positionnement

- Avant d'utiliser la sonde de nutrition, vérifier et confirmer son placement correct conformément aux procédures en vigueur dans l'établissement. Rincer régulièrement la sonde avec environ 10 à 20ml d'eau tiède en utilisant une seringue de 20ml ou plus, avant et après chaque phase d'alimentation ou d'administration de médicaments, ou toutes les 4 à 8 heures lors d'une administration continue. Repositionner périodiquement le tube en cas de contact avec la narine. Toujours s'assurer que le patient dispose d'un mouchoir à portée de main.
- Ne pas insérer ou retirer le stylet pendant la pose. Ne jamais insérer un stylet dans une sonde à demeure.
- Pour les dispositifs dotés d'un stylet : avant la pose, vérifier que la pointe du stylet ne sort pas de la sonde par l'un de ses orifices distaux (Fig. 4).

9. Retrait et élimination de la sonde

- Le retrait de la sonde de nutrition doit être effectué exclusivement par des professionnels de santé habilités (par exemple : médecin, infirmier) en accord avec les règles en vigueur de l'établissement.
- Aider le patient à s'installer en position de Fowler, avec une rotation sur le côté droit.
- Rincer la tube avec environ 10 à 20ml d'une solution saline normale ou d'eau tiède, en utilisant une seringue de 20ml ou plus.
- Retirer délicatement la sonde. En cas de résistance, consulter un médecin.
- Éliminer la sonde de nutrition conformément aux politiques nationales et de l'établissement.
- Surveiller le patient pendant 2 à 4 heures après le retrait de la sonde pour vérifier l'absence de distension gastrique, de nausées ou de vomissements.
- Prendre les dispositions particulières conformément à la législation en vigueur pour le transport et le traitement des dispositifs médicaux souillés.

10. Informations supplémentaires

Vérifier chaque jour que la sonde ne s'est pas déplacée. En cas de suspicion de déplacement de la sonde, confirmer son positionnement en utilisant les techniques adéquates et conformément aux procédures en vigueur dans l'établissement. Rincer régulièrement la sonde avec environ 10 à 20ml d'eau tiède en utilisant une seringue de 20ml ou plus, avant et après chaque phase d'alimentation ou d'administration de médicaments, ou toutes les 4 à 8 heures lors d'une administration continue. Repositionner périodiquement le tube en cas de contact avec la narine. Toujours s'assurer que le patient dispose d'un mouchoir à portée de main.
Ne pas insérer ou retirer le stylet pendant la pose. Ne jamais insérer un stylet dans une sonde à demeure.
Pour les dispositifs dotés d'un stylet : avant la pose, vérifier que la pointe du stylet ne sort pas de la sonde par l'un de ses orifices distaux (Fig. 4).

11. Remarque

Les enfants requièrent une attention particulière. L'estomac d'un enfant ne peut pas recevoir une grande quantité de nourriture en une seule fois. Il convient de nourrir les enfants plus fréquemment avec des quantités réduites. Se référer aux recommandations d'un professionnel de santé habilité.

12. Stockage

Les sondes naso-gastriques Compat® Soft Junior doivent être conservées dans l'emballage d'origine, à température ambiante et dans un environnement sec. Éviter les rayons directs du soleil et le rayonnement thermique.

Compat® Soft Junior IT

1. Descrizione

Le sonde di alimentazione Compat® Soft Junior sono sonde per la nutrizione enterale costituite da tubi flessibili in poliuretano radioopaco, con porta di accesso per la connessione enterale specifica ENFit®.
Sono disponibili nelle dimensioni 5 FR (lunghezza 50 cm) e 6 FR (lunghezza 90 cm). La lunghezza della sonda è stampata sia sul corpo stesso della sonda sia sull'etichetta. Le sonde presentano un mandrino metallico premontato (opzionale) utile durante l'inserimento della sonda. (Fig. a). La parte esterna della sonda è graduata, con tacche presenti ogni 5 cm, per misurare la lunghezza del tubo inserito nel canale alimentare.
Sterilizzato con ossido di etilene.

2. Uso previsto

La sonda di alimentazione enterale Compat® Soft Junior è stata progettata per la somministrazione enterale di nutrienti, liquidi e/o medicinali all'interno del tratto alimentare attraverso la naturale via naso-enterica.

3. Istruzioni per l'uso

Le sonde di alimentazione enterale Compat® Soft Junior sono usate per la somministrazione di nutrienti, liquidi o medicinali, attraverso la naturale via naso-enterica per i pazienti che non sono fisicamente idonei a ingerire una sufficienza attraverso i normali processi di masticazione e deglutizione.

4. Controindicazioni

Le sonde Compat® Soft Junior Junior sono controindicate per pazienti con anomalie anatomiche, patologie del naso, della gola o dell'esofago o con allergie o sensibilità conosciute ai componenti del dispositivo. Non usare con pazienti del peso inferiore a 2,5 kg

5. ⚠ Precauzioni

- Contenuto sterile se la confezione è integra e chiusa.
- Per assicurare che il dispositivo funzioni propriamente, non graffiare, tagliare, lacerare o danneggiare il dispositivo in altro modo.

6. ⚠ Avvertenze

- Ⓧ Monouso. Da utilizzarsi una sola volta, per un solo paziente.
- Ⓧ Non prodotto con lattice in gomma naturale.
- Solo per uso enterale.
- Ⓝ Non per uso intravenoso.
- Ⓝ Non utilizzare se la confezione è danneggiata.
- **Non riutilizzare.** Il riutilizzo comporta un possibile rischio di infezione per il paziente o per l'utente attraverso la contaminazione del dispositivo. Qualsiasi trattamento ripetuto (specialmente la risterilizzazione) compromettera l'integrità strutturale del dispositivo. Il dispositivo non è progettato per essere utilizzato oltre i 42 giorni.
- Utilizzare il kit di alimentazione e somministrazione esclusivamente con il sistema di connessione ENFit®. I kit di alimentazione con sistemi di connessione differenti, ad esempio ENLock o Luer Lock, non sono compatibili con le sonde naso-enteriche Compat® Soft Junior.
- Quando si utilizzano kit di alimentazione con sistema di connessione ENFit®, avvitare saldamente a mano il kit di alimentazione A in senso orario nella porta di alimentazione ENFit® B (Fig. 8).
- Per prevenire eventuali lesioni al paziente, non rimuovere o inserire il mandrino durante l'intubazione. Non inserire mai un mandrino in una sonda a permanenza.
- Per i prodotti con mandrino: prima dell'inserimento assicurarsi che la punta del mandrino non fuoriesca dalla sonda attraverso uno dei suoi fori distali (Fig. 4).

7. Istruzioni per il posizionamento

- Il posizionamento deve essere effettuato esclusivamente da personale addestrato (medici, infermieri), in accordo con le policy del proprio istituto.
- Lavarsi accuratamente le mani in accordo con le policy del proprio istituto.
- Leggere interamente le AVVERTENZE e le PRECAUZIONI prima di inserire la sonda (Fig. 1).
- Consultare il manuale delle procedure e delle disposizioni del proprio istituto per una descrizione dettagliata del processo di intubazione enterale.
- Collocare il paziente in posizione seduta o nella posizione di Fowler (30-45°) in base alle sue condizioni. Il paziente non deve chinarsi in avanti e non deve distendere la testa e il collo (Fig. 2).
- Determinare la narice da utilizzare.
- Misurare la lunghezza della sonda da inserire in modo da raggiungere lo stomaco o l'intestino tenue (Fig. 3). La distanza di inserimento dipende dal paziente. Un metodo è costituito dalla misurazione della distanza tra la punta del naso e il lobo dell'orecchio (a) e tra il lobo dell'orecchio e il processo xifoideo (b) per il posizionamento gastrico o aggiungendo una lunghezza adeguata per il posizionamento intestinale.
- È importante verificare la lunghezza della sonda richiesta poiché dall'eccessiva lunghezza del tubo potrebbe risultare un'occlusione.
- Prima dell'inserimento occorre riportare sulla sonda una marcatura della distanza di inserimento.
- Per i prodotti con mandrino: avvitare saldamente a mano il mandrino del mandrino in senso orario nella porta di alimentazione ENFit® per connettere il mandrino premontato alla parte di alimentazione ENFit® della sonda naso-enterica. Verificare che l'imbuto del mandrino resti fermamente posizionato nella porta di alimentazione ENFit® e che la punta del mandrino non fuoriesca dalla sonda attraverso uno dei suoi fori distali. Se necessario, riposizionare il mandrino correttamente prima di inserire la sonda nel paziente. (Fig. 4).
- Inserire la sonda delicatamente nella narice prescelta, parallelamente al setto nasale e superiore alla superficie del palato duro (Fig. 5).
- L'inclinazione della testa del paziente in avanti dovrebbe facilitare la migrazione della sonda nella rinofaringe (Fig. 6).
- Pazienti coscienti/che collaborano: Quando la sonda raggiunge la rinofaringe, indicare al paziente di abbassare leggermente la testa e di iniziare a deglutire.
- Somministrare un sorso di acqua con una cannuccia facilita l'inserimento della sonda attraverso l'esofago fino allo stomaco.
- Per pazienti non coscienti/che non collaborano: Fare estrema attenzione quando la sonda raggiunge la rinofaringe. Assicurarsi che la sonda passi nell'esofago e NON nella trachea.

Avvertenza: La comparsa di tosse o un'eventuale resistenza possono indicare il passaggio della sonda nella trachea. Se ciò accade, rimuovere la sonda e posizionarla nuovamente. Se necessario, consultare un medico.

- Continuare con l'inserimento della sonda fino a raggiungere la marcatura della distanza di inserzione.
- Posizionamento postpilorico: Se la sonda deve attraversare il piloro, la collocazione del paziente nella posizione di Fowler con rotazione sul lato destro può facilitare il posizionamento post-pilorico della sonda (Fig. 7). Il passaggio transpilorico spontaneo della punta della sonda di alimentazione avviene generalmente entro 24–48 ore.

8. Conferma del posizionamento

- Prima di utilizzare la sonda di alimentazione, confermare il posizionamento della sonda in base alle procedure e all'autorizzazione richieste dal proprio istituto o ospedale.
- Il posizionamento postpilorico deve essere confermato mediante raggi X.
- La conferma del posizionamento può essere effettuata con o senza il mandrino in posizione (alcuni prodotti non hanno alcun mandrino). Se è presente il mandrino, rimuovere il mandrino prima del primo utilizzo della sonda di alimentazione. Verificare che la sonda di alimentazione resti in posizione.
- Dopo aver confermato il corretto posizionamento, verificare il corretto funzionamento irrigando la sonda con 10ml di acqua tiepida.
- Bloccare la sonda con cerotto adesivo.
- Registrare la profondità di inserimento usando le tacche dei centimetri sulla sonda.

Compat® Soft Junior NL

1. Beschrijving

Compat® Soft Junior neussondes bestaan uit een flexibele buis van polyurethaan, radiopaque katheter met ENFit®-aansluit-/toegangspoort. De sondes zijn beschikbaar in 5 FR/ 50 cm lengte en 6 FR / 90cm lengte. De afmeting en lengte van de sondes worden duidelijk aangegeven op de sondeschacht van elk hulpmiddel en op het etiket van de verpakking. De sondes worden geleverd met een metalen voerdraad die wordt gebruikt ter ondersteuning van de sondeplaatsing (Figuur a). Markeringen op de sonde (om de 5 cm) worden gebruikt om de sondelengte in het spijsverteringskanaal te meten. Sondes worden gesteriliseerd met behulp van ethyleenoxide.

2. Beoogd gebruik

Compat® Soft Junior sondes zijn bedoeld voor de toediening van sondevoeding, vloeistoffen en/ of medicijnen in het spijsverteringskanaal via de nasenterische route.

3. Indicaties voor gebruik

Compat® Soft Junior sondes zijn bedoeld voor de toediening van sondevoeding, vloeistoffen en/of medicijnen aan patiënten die niet in staat zijn om voldoende voedingsstoffen via het kauwen en via het normale kauw- en slikproces.

4. Contra-indicaties

Compat® Soft Junior sondes zijn gecontra-indiceerd bij patiënten met anatomische afwijkingen of aandoeningen van de neus, keel of slokdarm of met een bekende overgevoeligheid of allergie voor de onderdelen. Niet gebruiken bij patiënten onder 2,5 kg.

5. ⚠ Voorzorgsmaatregelen

- De inhoud is steriel tenzij de verpakking is beschadigd of geopend.
- Om de juiste functionaliteit te garanderen, mag het hulpmiddel niet worden (in)geknipt, ingesneden, ingeprikt of anderszins beschadigd.

6. ⚠ Waarschuwingen

- Ⓧ Uitsluitend voor eenmalig gebruik, bij één patiënt.
- Ⓧ Niet gemaakt met latex van natuurlijk rubber.
- Uitsluitend voor enteral gebruik.
- Ⓝ Niet voor intraveneus gebruik.
- Ⓝ Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is.
- **Niet hergebruiken.** Hergebruik vormt een mogelijk risico op infectie van de patiënt of gebruiker door contaminatie van het hulpmiddel. Herbewerking (vooral sterilisatie) brengt de structurele integriteit van het hulpmiddel in gevaar.
- Dit hulpmiddel is niet bedoeld voor gebruik langer dan 42 dagen.
- Gebruik alleen toedieningssets met een ENFit®-aansluitingssysteem. Toedieningssets met andere aansluitsystemen, bijv. ENLock of Luer Lock, zijn niet compatibel met de Compat® Soft Junior neussondes.
- Bij gebruik van toedieningssets met een ENFit®-aansluitingssysteem, draait u de toedieningsset A met de klok mee naar rechts in de ENFit®-voedingspoort B (afb.8).
- Om letsel bij de patiënt te voorkomen, mag de voerdraad nooit tijdens intubatie worden ingebracht of teruggetrokken. Breng nooit een voerdraad in een ventilerende tube in.
- Vóór het inbrengen: zorg dat de punt van het voerdraad niet uit de sonde steekt via een van de distale openingen (afb. 4)..

7. Instructies voor plaatsing

- Plaatsing mag alleen door opgeleide professionals (bijvoorbeeld artsen, verpleegkundigen) worden uitgevoerd (volgens het beleid van uw instelling).
- Was uw handen zorgvuldig (volgens het beleid van uw instelling).
- Lees alle WAARSCHUWINGEN en VOORZORGSMAATREGELEN voorafgaand aan het inbrengen van de sonde (afb. 1).
- Raadpleeg het beleid van uw instelling en de procedurehandleiding voor een gedetailleerde beschrijving van het inbrengen van intubatieprocedures.
- Positioneer de patiënt, voor zover mogelijk, in een zittende of Fowler-houding (30-45°). De patiënt mag niet naar voren leunen, en het hoofd en de nek mogen niet gestrekt worden (afb. 2).
- Bepaal welk neusgat moet worden gebruikt.
- Meet de lengte van de sonde die moet worden ingebracht om de maag of dunne darm te bereiken (afb. 3). Hoe ver de sonde moet worden ingebracht, is afhankelijk van de patiënt. Bepaal de afstand door bijvoorbeeld te meten vanaf de punt van de neus tot de oorlel (a) en vanaf de oorlel tot het zwaardvormig aanhangsel (b) voor maagplaatsing of door toevoeging van een geschikte lengte voor darmplaatsing.
- Beoordeling van de benodigde in te brengen sondelengte is van essentieel belang omdat er een afsluiting kan ontstaan door een overschot aan sonde.
- Voorafgaand aan het inbrengen moet er een markering voor de inbrengafstand op de sonde worden aangebracht.
- Vóór het inbrengen: draai de greep van de voerdraad stevig met de hand naar rechts in de ENFit®-voedingspoort om het geïntegreerde voerdraad op de ENFit®-voedingspoort van de neussonde aan te sluiten. Controleer of de connector van de voerdraad stevig op de gast is bijgedraaid en in de ENFit®-voedingspoort en of de punt van de voerdraad niet uit de sonde steekt via een van de distale openingen. Plaats de voerdraad indien nodig opnieuw voordat u de sonde in de patiënt inbrengt (afb. 4) .
- Breng de sonde voorzichtig in het gekozen neusgat in, parallel aan het neustussenschot en boven het oppervlak van het harde gehemelte (afb. 5).
- Door het hoofd van de patiënt naar voren te kantelen, zou verplaatsing van de sonde naar de nasofarynx makkelijker moeten gaan (afb. 6).
- Patiënten die bij bewustzijn zijn/meewerken: wanneer de sonde de nasofarynx bereikt, geeft u de patiënt de opdracht om het hoofd een beetje te laten zakken en te beginnen met slikken.
- De patiënt zou water door een rietje moeten zuigen om het omlaag geleiden van de sonde door de slokdarm naar de maag te vergemakkelijken.
- Voor patiënten die buiten bewustzijn zijn/niet reageren: ga uiterst voorzichtig te werk wanneer de sonde de nasofarynx bereikt. Zorg ervoor dat de sonde in de slokdarm wordt ingebracht en NIET in de trachea.

Waarschuwing: als de patiënt hoest of als er enige weerstand voelbaar is, dan kan dit een teken zijn dat de sonde in de trachea plaats vindt. Als dit het geval is, verwijder de sonde dan en plaats deze opnieuw. Stel indien nodig een arts op de hoogte.

- Ga door met het inbrengen van de sonde tot u de markering voor de inbrengafstand bereikt.
- Transpylorische plaatsing: Voor een postpylorische plaatsing van de sonde, kunt u de plaatsing vergemakkelijken door de patiënt in de Fowler-houding te positioneren en op de rechterzij te laten draaien (afb. 7). Transpylorische inbrenging van de punt vindt meestal binnen 24 tot 48 uur plaats.

8. Controle van de plaatsing

- Controleer voordat u de voedingssonde gaat gebruiken of de sonde goed is geplaatst volgens de voorkeursprocedures en goedkeuring van het ziekenhuis of de instelling.
- Transpylorische plaatsing moet worden bevestigd aan de hand van röntgenonderzoek.
- Bevestiging van de sondepositie kan worden gedaan met of zonder de voerdraad (sommige producten hebben geen voerdraad). Als er een voerdraad aanwezig is, verwijdert u de voerdraad voorzichtig vóór het eerste gebruik van de voedingssonde. Controleer of de voedingssonde op zijn plaats blijft zitten
- Nadat de juiste plaatsing is bevestigd, controleert u of de sonde goed werkt door de sonde met 10 ml lauwwarm water te spoelen.
- Zet de sonde vast met behulp van een zelfklevende pleister.
- Registreer de inbrengdiepte aan de hand van de centimetermarkering op de sonde.

9. Verwijdering en afvoer van de sonde

- Verwijdering van de sonde mag alleen door opgeleide professionals (bijvoorbeeld artsen, verpleegkundigen) worden uitgevoerd (volgens het beleid van uw instelling).
- Ondersteun de patiënt bij het aannemen van een Fowler-houding op de rechterzij.
- Spoel de sonde door met ca. 10-20ml normale zoutoplossing of lauwwarm water, met behulp van een injectiespuit van 20ml of meer.
- Verwijder de sonde voorzichtig. Als u enige weerstand voelt, raadpleeg dan een arts.
- Voer de sonde af conform het lokale ziekenhuis of nationale beleid.
- Controleer de patiënt gedurende 2 tot 4 uur na verwijdering van de sonde op maagdistensie, misselijkheid of braken.
- Volg de vastgestelde klinische handelswijzen (Good Clinical Practice) en de lokale en nationale wetgeving voor transport en afvoer op.

10. Aanvullende informatie

Controleer dagelijks of de sonde niet is verschoven. Als u vermoedt dat de sonde is verschoven, bevestigt u de juiste plaatsing voordat u de sonde met behulp van geschikte technieken voor bevestiging van de plaatsing en conform de voorkeursprocedures van het ziekenhuis of de instelling.
De sonde regelmatig spoelen met ca. 10-20ml warm water, met behulp van een spuit van 20ml of meer, voor en na elke voeding of toediening van medicatie of elke 4-8 uur bij continue voeding. Verplaats de sonde bij de neusgat af en toe om het drukpunt van de sonde te veranderen. Controleer altijd of de medicatie die door de sonde wordt gelevered, geschikt is voor enterale toediening.

11. Opmerking

Kinderen hebben onze speciale zorg nodig. Het maagje van een kind heeft minder volume dan een volwassenen en kan niet in één keer een grote hoeveelheid voedsel aan. Kinderen hebben kleinere porties voedsel per dag nodig. Vraag uw arts om richtlijnen.

12. Opslag

De Compat® Soft Junior neussondes moeten in de oorspronkelijke verpakking bij kamertemperatuur, en in een droge omgeving worden bewaard. Voorkom direct zonlicht en warmtestraling.

Compat® Soft Junior PL

1. Opis

Compat® Soft Junior - zgłębnik do podazy diety dojelitowej, poliuretanowy, ze znacznikiem radiologicznym z pojedynczą końcówką ENFit®. Dostępne w rozmiarach 5 FR / 50 cm długości i 6 FR / 90 cm długości. Rozmiar jest nadrukowany na rurce zgłębnika oraz na opakowaniu. Wyposażony w metalowy prowadnik, który służy jedynie do zakładania zgłębnika (rys. a). Zgłębnik posiada podziałkę co 5 cm, która pomaga ustalić głębokość na jaką założono zgłębnik do przewodu pokarmowego. Zgłębnik sterylizowany jest tlenkiem etylenu.

2. Przeznaczenie

Zgłębnik Compat® Soft Junior przeznaczony jest do dojelitowego podawania diety, płynów i/ lub leków do przewodu pokarmowego.

3. Wskazanie do użycia

Zgłębnik Compat® Soft Junior przeznaczony jest do podawania do przewodu pokarmowego diety, płynów i/lub leków dla pacjentów, którzy nie są w stanie spożywać wystarczającej ilości składników odżywczych drogą doustną.

4. Przeciwwskazania

Przeciwwskazania do zastosowania zgłębnika Compat® Soft Junior to: nieprawidłowości budowy anatomicznej lub choroby nosa, gardła, przełyku, lub rozpoznana nadwrażliwość lub alergia na jego składniki. Nie stosować u pacjentów poniżej 2,5kg.

5. ⚠ Uwagi

- Zawartość jest sterylna, chyba że opakowanie jest uszkodzone lub otwarte.
- Urządzenie należy traktować jako uszkodzone jeżeli jest przecięte, rozerwane, nakłute lub w jakikolwiek sposób zniszczone.
- Uważnie umyj ręce zgodnie z procedurami obowiązującymi w twojej jednostce.
- Przed założeniem zgłębnika należy przeczytać wszystkie OSTRZEŻENIA i UWAGI (rys. 1).
- Należy zapoznać się z procedurami obowiązującymi w placówce gdzie powinien znaleźć się szczegółowy opis zakładania zgłębnika dojelitowego.
- Należy ułożyć pacjenta w pozycji siedzącej lub półsiedzącej (górna połowa ciała pod kątem 30-45°). Pacjent nie powinien być pochylony do przodu (rys.2).
- Wybrać otwór nosowy przez który wprowadzi się zgłębnik.
- Należy zmierzyć głębokość na jaką należy założyć zgłębnik aby znalazł się w żołądku lub jelicie cienkim (jaką długość zgłębnika należy wprowadzić aby znalazł się w żołądku lub w jelicie cienkim) (rys.3). Należy ją określić indywidualnie dla każdego pacjenta. Jedna z metod polega na wyznaczeniu jej poprzez zsumowanie odległości od czubka nosa do płatka ucha (a) i od płatka ucha do wyrostka mieczykowatego (b) aby umieścić zgłębnik w żołądku. Żeby umieścić zgłębnik w jelicie cienkim trzeba do poprzedniego pomiaru dodać odpowiednią odległość.
- Ocena na jaką głębokość należy założyć zgłębnik jest potrzebna dlatego, że zbyt głębokie wprowadzenie zgłębnika może doprowadzić do jego niedrożności.
- Przed założeniem należy oznaczyć na zgłębniku na jaką głębokość należy go wprowadzić (po wcześniejszym wykonaniu pomiaru).
- Dla prodołków wyposażonych w prowadnicę: należy ręcznie dokręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara koniec proksymalny prowadnicy z portem ENFit® aby połączyć wstępnie wprowadzoną prowadnicę z tym portem zgłębnika. Należy sprawdzić, czy proksymalna część tej prowadnicy pozostaje stabilnie osadzona w porcie ENFit® i czy jej końcówka nie wystaje przez otwór dystalny. Jeśli to konieczne, przed założeniem pacjentowi zgłębnika należy prawidłowo umieścić prowadnicę w zakładanym zgłębniku (rys. 4).
- Zgłębnik należy wprowadzać delikatnie do wybranego otworu nosowego, równolegle do przegrody nosowej i powyżej podniebienia twardego (rys. 5).
- Pochylenie głowy pacjenta do przodu powinno zapewnić łatwiejsze przechodzenie zgłębnika przez nosogardło (rys. 6).
- Pacjenci przytomni/współpracujący: Po wprowadzeniu zgłębnika do gardła należy poinstruować pacjenta, aby lekko opuścił głowę i rozpoczął przełykanie.
- Pacjent powinien popijać wodę małymi łykami, co ułatwia wprowadzenie rurki przez przełyk do żołądka.
- W przypadku pacjentów nieprzytomnych/niereagujących należy zachować szczególną ostrożność, gdy zgłębnik dotrze do nosogardła. Sprawdź, czy zgłębnik kieruje się do przełyku, a NIE trafia do tchawicy.

Ostrzeżenie: Jeśli pacjent kaszle lub odczuwa się opór przy zakładaniu zgłębnika, może to oznaczać że znajduje się on w tchawicy. Należy wtedy usunąć zgłębnik i ponownie podjąć próbę jego założenia. Jeśli to konieczne należy powiadomić lekarza.

- Należy kontynuować wkładanie zgłębnika, aż do zaznaczonej wcześniej głębokości.
- Umieszczenie zgłębnika zaodźwiernikowo: ułożenie pacjenta w pozycji siedzącej (Fowlersa) z rotacją na prawą stronę ułatwia założenie zgłębnika poza odźwiernik (rys. 7). Samoistne przejście końca dystalnego zgłębnego zgłębnika następuje zazwyczaj w ciągu 24-48 godzin.

6. ⚠ Ostrzeżenia

- Ⓧ Sprzęt jednorazowego użycia. Stosować tylko raz, u jednego pacjenta.
- Ⓧ Nie zawiera lateksu.
- Wyłącznie do podawania dojelitowego.
- Ⓝ Produkt nieprzeznaczony do stosowania pozajelitowego.
- Ⓝ Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- **Nie używać ponownie.** Ponowne użycie produktu stwarza ryzyko infekcji u pacjenta lub użytkownika przez niesterylne / zabrudzone / zakażone urządzenie. Wszelkie próby ponownego użycia (zwłaszcza sterylizacji) mogą zniszczyć urządzenie.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do używania dłużej niż przez 42 dni.
- Do użycia wyłącznie z zestawami do podazy diety dojelitowej z łącznikiem ENFit®.
- Zestawy do podaży z innymi łącznikami np. ENLock lub Luer Lock, nie są kompatybilne ze zgłębnikami Compat® Soft Junior.
- W przypadku stosowania zestawów do podaży diety dojelitowej z łącznikiem ENFit® należy ręcznie, w sposób pewny, dokręcić zestaw do podawania A w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do portu B ENFit®